

ORIENTAÇÃO PARA A ESOFAGOMANOMETRIA

ANTES DO EXAME:

É necessário apenas o **jejum de quatro horas**.

Lembrar de levar:

- Pedido do exame
- Se for o caso, carteira do plano de saúde e eventual autorização prévia – informar-se previamente com a recepcionista da Endoview
- Exames anteriores como Esofagografia (RX), Endoscopia digestiva, Esofagomanometria, pHmetria de 24h

APÓS O EXAME:

Após o exame o paciente poderá retornar às suas atividades normais, inclusive de trabalho.

Alimentação: pode alimentar-se normalmente após o exame.

- O uso de anestésico local pode estimular coriza, nestes casos recomenda-se higiene nasal com soro fisiológico

ENTREGA DOS RESULTADOS:

O resultado do exame será disponibilizado em até sete dias após a colocação do aparelho.

ORIENTAÇÃO PARA A pHMETRIA DE 24 HORAS

ANTES DO EXAME:

No dia do exame comparecer em jejum de 4h

Caso o pedido médico solicite pHMETRIA em vigência de medicação, não suspender os medicamentos em uso.

Caso contrário, suspender os seguintes medicamentos em uso:

• <u>7 dias antes do exame:</u>	Omeprazol (Losec, Victrix, Gasec, Peprazol) Pantoprazol (Pantozol, Pantocal, Zurcal) Lansoprazol (Lanzol, Prazol) Rabeprazol (Pariet) e Esomeprazol (Nexium). Dexilant, Vonoprazana (INZELM).
• <u>3 dias antes do exame:</u>	Ranitidina (Antak, Zylium, Logat, Label) Cimetidina (Tagamet), Famotidina (Famox) e Nizatidina (Axiid)
• <u>24 horas antes do exame:</u>	Bromoprida (Digesan, Plamet) Metoclopramida (Plasil, Eucil) Domperidona (Motilium)

Comparecer com roupas largas, em duas peças, para facilitar a introdução do aparelho de pHmetria de 24h.

Trazer exames anteriores como Esofagografia (RX), Endoscopia digestiva, Esofagomanometria, pHmetria de 24h.

Este exame não necessita da presença de acompanhante.

ATENÇÃO:

O aparelho não pode ser molhado pois o resultado do exame fica inviabilizado. Por isso, no período de duração do exame, não será possível tomar banho de chuveiro.

No dia seguinte, retornar à clínica para a retirada do aparelho.

ENTREGA DOS RESULTADOS:

O resultado do exame será disponibilizado em até sete dias após a colocação do aparelho.